Bewertungsbogen Gesellenprüfung - Zahntechniker-Innung Düsseldorf 2019

Prüfer: Vorname Name Geselle

Gr./ Nr: 1

Prüfstück 3 / Herstellung einer Modellgussprothese (100P)	**Max.**	**Prüfling Nr. …**								
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**####**
Gestaltung und Bearbeitung der Modellgussbasis (20P)										
Die Form der Modellgussbasis entspricht funktionellen und ästhetischen Aspekten	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Die Basis ist parodontienfrei gestaltet (incl. kleine Verbinder)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Die Basis ist oberflächlich lunkerfrei	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Die Basis ist perfekt ausgearbeitet und poliert	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Die Basis passt perfekt (unter Berücksichtigung entsprechender Freiräume) auf das Modell	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Klammern (30P)		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**####**
Die Klammern sind lunkerfrei gegossen und vollständig	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Die Klammern liegen mit einem Drittel des aktiven Arms im Unterschnitt (nach Ney)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Die Klammern lassen genug Parodontienfreiheit (ca. 1mm zum Zervikalrand)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Die Klammern liegen perfekt an	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Die Klammern haben einen angemessenen Wirkungsgrad	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Die Klammern sind an der Außenfläche perfekt poliert	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Zahnaufstellung (15P)		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**####**
Jeder Seitenzahn hat mindestens einen Kontakt auf den Arbeitshöckern	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bei Protrusion Disklusion der Seitenzähne und Führung über die Frontzähne	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bei Laterotrusion Disklusion der Seitenzähne und Führung über die Eckzähne	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ersatzzähne sind sorgfältig auf die Klammern „aufgeschliffen“	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Die Zahnaufstellung folgt dem Stellungsmuster der Restzähne	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Prothesensattel (10P)		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**####**
Freiendsättel großflächig, Schaltsättel ersetzen nur die fehlenden Alveolarstrukturen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Die Sättel sind anatomisch gestaltet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Die Übergänge der Kunststoffsättel zum Metall sind exakt und definiert gestaltet	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Die Ränder der Sättel sind nicht scharfkantig oder übermäßig wulstig gestaltet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fertigstellung (15P)		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**####**
Die Kunststoffanteile sind sauber ausgearbeitet	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Die Kunststoffanteile sind perfekt hochglanzpoliert	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Der Kunststoff ist werkstoffgerecht (blasenfrei) verarbeitet	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Dokumentation (10P)		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**####**
Planung vollständig und statisch korrekt	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Protokollierung vollständig	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bewertung entspricht der Prüferbewertung (alle Fehler erkannt)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Summe		100	100	100	100	100	100	100	100	100

Hinweise zu einzelnen Bewertungen:

6. Jan. 2019

Datum Unterschrift der Prüferin/des Prüfers